

Quickie Salsa M

Ärendansvarig: Ronny Berntsson, Produktchef

Uppgradering har gjorts på ramen till Quickie Salsa M. Sedan 12 november 2012 är ramen på Salsa M förstärkt med ytterligare svetsar, se bilderna nedan:



Vänstra bilden visar svetsen inuti batteriboxen
 Högra bilden visar svetsen på batteriboxens undersida

Önskar ni mer information om ovanstående, kontakta Produktchef Ronny Berntsson 0705-240270 alternativt säljaren i ditt område. Mellansverige, Martin Thorsson 0705-151669. Södra Sverige Magnus Ekelöf 0705-846907.

Övrig information:

Bilagor:

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.

Tel 031-748 37 00

Fax 031-748 37 37

post@sunrisemedical.se

www.sunrisemedical.se